MEDİKOKİM®

SAFEBELT®

Hasta Sabitleme Kemerleri
Tokalı Soft Seri Sandalye Bel Sabitleme Kemeri
Kullanma Kılavuzu

CE

Genel Bilgiler

Safebelt İskemle Bel Kemeri hastayı etkin bir biçimde tekerlekli iskemleye veya koltuğa sabitler, kalkmasını ve kaymasını engeller.

Safebelt® Hasta Kemerleri Genel Uyarılar

1 Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.

2 Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.

3 Hastaya tatbik etmeden önce ürünleri mutlaka (iskemlede koltukta vb.) deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.

4 Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz edebileceğinden kemerleri kullanan hastaları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol ediniz.

5 Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini unutmayınız.

6 Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığına emin olunuz.

7 Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden üretilmiştir. Buna rağmen çok uzun süreli kullanımlarda veya çok hassas cilde sahip hastalarda cilde zarar vermediğinden emin olunuz.

Özel Uyarılar

1 Kemerin hastanın nefes almasına engel olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz. *(Bkz. Resim A)*

2 Bel Kemerini asla göğüs (Göğüs kafesi) üzerinde kullanmayınız. *(Bkz. Resim B)*

Resim A


Resim B

Kullanımı

1 Hastayı tekerlekli iskemleye veya sallandığında devrilmeyecek dengeye sahip bir koltuğa oturtunuz.

2 Kemeri önden hastanın beline dolayarak her iki ucunu gergin olacak şekilde iskemlenin (veya koltuğun) arkasına getiriniz ve velkro kilit ile kemeri sabitleyiniz. *(Bkz. Resim 1)*

3 Bilahere tokalı kilidin boyunu hastanın belini sabitleyecek şekilde ayarlayınız ve tokalı kilidi de kapatarak bel kısmının sabitlenmesini tamamlayınız. *(Bkz. Resim 2)*

4 Bel kemerin ön kısmında bulunan kasık destekleme uzantısını önden (iskemlenin altından) arkaya ve yukarıya doğru getiriniz ve daha önce sabitlenmiş olan bel kemerinin altından (içinden) geçirerek üstünden çıkarınız ve aşağı doğru getirerek velkro kilitlerini birleştiriniz. *(Bkz. Resim 3)*

5 Kasık kemerinin üzerinde bulunan tokalı kilidin boyunu da hastaya göre ayarlayarak kilitleyiniz. *(Bkz. Resim 4)*

6 Kemerin hastanın bel hizasında olduğunu ve kaymasını engellediğini kontrol ediniz.

Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Ürün Temizliği ve Ömrü

1. Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayınız. Sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
2. Maksimum 95 °C'de suyla yıkayınız.
3. Yıkama esnasında velkro kilitlerde iplenme tiftiklenmeyi önlemek için velkro kilitleri kapalı halde yıkayınız.
4. Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır.
5. Ürünleri ütülemeyiniz.
6. Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklenme olduğunda rahat kapanması için mekanik olarak temizleyiniz.

Medikokim Tıbbi Kimyevi Malzeme San. Tic. AŞ
İkitelli O.S.B. Demirciler Sanayi Sitesi B/7 Blok No:157 Başakşehir PK 34306 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0212 549 57 78 • Fax: 0212 549 57 79 • E-Posta: info@medikokim.com • www.medikokim.com